



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6
tel/fax 81 8552096, Pogotowie wod-kan 994
NIP 714-000-20-20 REGON 060317799
Bank PEKAO S.A. I O/Lubartów 45 1240 2409 1111 0000 3610 2017
www.pgk.lubartow.pl pgk@pgk.lub.pl
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy KRS Nr 0000295810
Wysokość kapitału zakładowego 14 351 500,00 zł
BDO 000001962

DSZOK.230.4. 2197.2025

Lubartów, dnia 30.05.2025 r.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego i kompletnego mineralizatora blokowego z kasetą stalową kolektorem oparów, 8 stanowiskowy probówki szklane z neutralizatorem oparów (skruberem) z regulacją siły ssącej oraz półautomatyczny aparat do destylacji z parą wodną.

W dniu 30.05.2025 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące niniejszego zapytania cenowego prowadzonego na podstawie Regulaminu o następującej treści:

1) „W nazwie postępowania (a także w formularzu ofertowym i we wzorze umowy) Zamawiający wymaga mineralizatora 8 stanowiskowego, natomiast w specyfikacji technicznej wskazany jest 12 stanowiskowy. Czy ofertę należy składać na mineralizator 12 stanowiskowy?

Odp. 1) **Ofertę należy składać na mineralizator 12 stanowiskowy.** Ilość 8 stanowisk została wpisana omyłkowo.


2) Czy Zamawiający zaakceptuje mineralizator z temperaturą maksymalną 430 stC ?

Zgodnie z aktualnymi przepisami producent sugerowanego (według parametrów) mineralizatora zmienił w nowo-produkowanych mineralizatorach ten parametr z 450stC na 430stC?

Cytuję : "The max temperature of the K12L is 430C°, it used to be 450C° but this was amended to 430C° due to new regulations."

Odp. 2) Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie parametru i zaakceptuje mineralizator z temperaturą maksymalną do 450 °C

Zamawiający zaktualizował dokumenty w zakresie udzielonych odpowiedzi. Jednocześnie informuje, że pozostałe zapisy zapytania cenowego wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

mgr Grzegorz Samojluk

Ujęcie Wody
ul. Nowodworska 11
tel. 81 855 25 20
tel/fax 81 854 34 75

Laboratorium
ul. Nowodworska 11
tel. 81 855 25 20
tel/fax 81 854 34 75

Oczyszczalnia Ścieków
ul. B. Mucharskiego 46
tel/fax 81 855 27 17

Dział Usług Komunalnych
ul. B. Mucharskiego 46
tel 81 855 29 79
tel/fax 81 855 15 03

Dział Sprzedaży, Zamówień i Obsługi Klienta
ul. Parkowa 6
tel. 81 855 23 87